



Title	時間反転原理を利用した散乱効果抑制の試み : 光を用いた生体透視イメージングをめざして [論文内容及び審査の要旨]
Author(s)	任田, 崇吾
Citation	北海道大学. 博士(工学) 甲第13519号
Issue Date	2019-03-25
Doc URL	http://hdl.handle.net/2115/74210
Rights(URL)	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Type	theses (doctoral - abstract and summary of review)
Additional Information	There are other files related to this item in HUSCAP. Check the above URL.
File Information	Sogo_Toda_abstract.pdf (論文内容の要旨)



[Instructions for use](#)

学 位 論 文 内 容 の 要 旨

博士の専攻分野の名称 博士（工学） 氏名 任田 崇吾

学 位 論 文 題 名

時間反転原理を利用した散乱効果抑制の試み 光を用いた生体透視イメージングをめざして
(Attempt for scattering suppression using time-reversal principle: For transillumination imaging of animal body)

光を利用した多くの生体計測技術が実用化され、様々な研究が進められている。光を用いる利点としては、生体への無侵襲性や、組織の光吸収特性を利用した機能イメージングが挙げられる。代表的な光イメージング手法としては、光コヒーレンストモグラフィ (OCT) などが挙げられる。OCT は光のコヒーレンス性を利用することで、MRI や CT と比べて高空間分解能のイメージングが実現できるが、到達深度は 1 mm 程度にとどまっている。その原因としては、生体組織の強い散乱性が障害となっているためである。また、生体透視イメージングにおいては、散乱特性が、得られた透視画像のボケにつながる。このように、光を用いた生体イメージングにおいて、生体組織の散乱特性が到達深度の限界や画像のボケを生じさせる。そのため、散乱によるボケの効果を抑制する手法が重要となる。

近年、散乱抑制手法として、位相共役光の時間反転性を利用した手法が提案されている。位相共役光とは、ある信号光に対しその位相を反転させた光のことで、信号光の経路を逆伝搬する時間反転性を持つ。この位相共役光の時間反転性を利用したイメージング手法としては、Time-reversal ultrasonically encoded (TRUE) 法がある。この手法は位相共役光と超音波による光の周波数変調を組み合わせた手法で、空間分解能が数 10 μm 、深さが数 cm のイメージングが原理的に期待できる。しかし、これまでの検討において、位相共役光単独の性能検討が不十分であるといった問題がある。今後の位相共役光の散乱抑制への応用を考えるうえで、位相共役光単独での散乱抑制効果の性能を知ることは極めて重要である。さらに、理想的な位相共役光では強度情報は信号光と同一である必要がある。それに対し、従来の位相共役光の生体応用に関する検討では、生体から出射した信号光の強度情報は均一であるとみなし、位相変調のみの位相共役光生成システムを用いている。しかし、生体試料が不均質である場合や、入射光の強度分布が一樣でない場合、信号光の強度分布は均一とはならない。そのような時、従来法で生成した位相共役光の強度情報は信号光とは異なったものとなり、性能が低下することが考えられる。

本研究では、生体の光透視イメージングにおける散乱効果の抑制を念頭に、位相共役光単独の時間反転性についてより詳しく検討した。その中で、位相共役光の強度成分が散乱抑制効果に与える影響を、実験を通して明らかにした。

初めに、強度分布と位相分布の同時変調が可能な位相共役光生成システムを構築した。このシステムを用いて、散乱体透過後の光に対して位相共役光を生成し、散乱体入射前の入射光形状の復元を試みた。その結果、強度変調を加えることにより、位相変調のみの場合に比べ、復元性能が顕著に向上することを明らかにした。

次に、構築したシステムの基本性能を調べるため、散乱体の散乱係数を変化させつつ同様の実験を行った。その結果、構築したシステムにより OD が 1 以下の範囲で位相共役光による散乱効果の抑制が可能であることが実証された。さらに、散乱体の吸収係数を変化させた実験も行った。この検討

を通して、信号光情報取得時に十分な SN 比が得られれば、吸収係数によらず入射パターンが復元できることが分かった。つまり、位相共役光の時間反転性を利用した散乱抑制効果は、散乱体の吸収係数には依存しないことが明らかとなった。

最後に、散乱体として生体試料を用いて入射光の形状復元を試みた。その結果、不均一な構造を持つ生体試料に対しても、位相共役光に強度情報を加えることで時間反転性が向上し、散乱効果の抑制が可能なが実証された。この結果は、位相共役光を用いた散乱抑制法の研究の中で、位相共役光の強度成分の影響を生体試料において実証した初めての実験結果である。

本論文を通して、これまで検討されていなかった位相共役光単独で用いた場合の散乱体の散乱係数、および吸収係数の影響を実験し、位相共役光の生体応用における新たな指針を示した。さらに、生体を対象とした位相共役光を用いたイメージングにおいて、位相共役光に強度情報を加えることにより時間反転性による散乱抑制効果の向上が期待できることを示した。これらの知見は、位相共役光を利用した新たな生体イメージング手法の開発につながることを期待される。